

MICROMOTOR MCX LED y MCX



ESP INSTRUCCIONES DE USO.

Podrá encontrarlas en otros idiomas en
<https://dental.bienair.com/IFU>

CE Rx Only
0123 REF 2100231-0008/2024.02

Contenido del embalaje (REF)



MOT MCX LED
REF 1600751-001



3X

O-RING 8.1x0.73
REF 1300967-003



MOT MCX
REF 1600780-001

Accesorios opcionales



HOSE MCX GREY
REF 1600756-001



HOSE B-MCX GREY
REF 1600824-001



10X

O-RING 8.1x0.73
REF 1300967-010



FLOWMETER
REF 1600307-001



HOSE MCX 400 GREY
REF 1601081-001



HOSE MCX GREY 400° Ø20.2x40
REF 1601096-001



HOSE MCX GREY 2.2m
REF 1600920-001



HOSE MCX 400° gf.
REF 1601141-001



6X

MAINT SPRAYNET® (BOX OF 6 CANS)
REF 1600036-006





















Índice

1	Símbolos	4	
	1.1 Descripción de los símbolos utilizados	4	
2	Identificación y Uso previsto	5	
	2.1 Identificación	5	
	2.2 Uso previsto	5	
	2.3 Población de pacientes pre- vista	5	
	2.4 Usuario previsto	5	
	2.5 Entorno de uso	5	
	2.6 Afecciones médicas pre- vistas	5	
	2.7 Contraindicaciones y efectos secundarios para el paciente ..	5	
	2.8 En caso de accidente	5	
	Seguridad del usuario y del paciente: Advertencias y pre- cauciones de uso	6	
3	Instalación	7	
4	Descripción	8	
	4.1 Vista general	8	
	4.2 Montaje y preparación	9	
	4.3 Características técnicas	10	
	4.4 Clasificación	10	
	4.5 Prestaciones	10	
	4.6 Condiciones de fun- cionamiento	10	
5	Mantenimiento y revisión ...	11	
	5.1 Mantenimiento - Información general	11	
	5.1.1 Productos de mantenimiento ade- cuados	11	
	5.2 Limpieza	12	
	5.3 Desinfección	13	
	5.4 Esterilización	13	
	5.4.1 Procedimiento	14	
	5.5 Lubricación	14	
	5.6 Embalaje y almacenamiento	15	
	5.7 Servicio	15	
6	Transporte y eliminación ...	16	
	6.1 Transporte	16	
	6.2 Eliminación	16	
7	Información general	17	
	7.1 Condiciones de garantía ...	17	
	7.2 Referencias	17	

ESP INSTRUCCIONES DE USO

1 Símbolos

1.1 Descripción de los símbolos utilizados

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Fabricante.		Número de catálogo.
	Marcado de conformidad CE con el número del organismo notificado.		Número de serie.
	ADVERTENCIA: Peligro que podría dar lugar a lesiones o daños graves en el dispositivo si no se siguen correctamente las instrucciones de seguridad.		Dispositivo médico.
	ATENCIÓN: Peligro que podría dar lugar a lesiones o daños leves o moderados en el dispositivo si no se siguen correctamente las instrucciones de seguridad.		Representante autorizado de la Unión Europea.
	Use guantes de protección.		Lámpara; luz, iluminación.
	Seguridad eléctrica. Parte aplicada tipo B.		Esterilizable en un esterilizador de vapor de agua (de autoclave) a la temperatura especializada.
Rx Only	Advertencia: Las leyes estadounidenses solo permiten la compra de este dispositivo a los profesionales del sector sanitario con titulación y licencia para ejercer.		Consulte las instrucciones de uso o consulte las instrucciones de uso electrónicas.
	Código de matriz de datos con información del producto. Incluye identificación única del producto.		Límite de temperatura.
	Limitación de humedad.		Limitación de presión atmosférica.
	Mantener alejado de la lluvia.		Símbolo universal para reutilización/reciclaje.
	Materiales eléctricos y electrónicos reciclables.		

2 Identificación y Uso previsto

2.1 Identificación

Dispositivos médicos fabricados por Bien-Air Dental SA.

Tipo:

Micromotor eléctrico sin escobillas esterilizable con spray interno y luz LED para la referencia 1600751-001.

Descripción:

Los micromotores de Bien-Air Dental están diseñados para convertir la electricidad en rotación mecánica para accionar las piezas de mano y contraángulos dentales.

2.2 Uso previsto

Producto destinado a su uso en odontología general, que incluye odontología de restauración, la profilaxis dental y los tratamientos de ortodoncia.

2.3 Población de pacientes prevista

La población de pacientes prevista para el dispositivo incluye cualquier persona que acuda al odontólogo para recibir un tratamiento acorde a la afección médica prevista. No existe restricción por edad, raza o cultura. El usuario previsto es responsable de seleccionar el dispositivo adecuado para el paciente según la aplicación clínica específica.

2.4 Usuario previsto

Producto diseñado exclusivamente para uso profesional. Utilizado por dentistas y profesionales de la odontología.

2.5 Entorno de uso

Entorno profesional de instalaciones sanitarias.

2.6 Afecciones médicas previstas

Odontología general, que abarca restauración dental, profilaxis, ortodoncias, así como mantenimiento o restablecimiento de la salud dental.

2.7 Contraindicaciones y efectos secundarios para el paciente

No existen contraindicaciones, efectos secundarios ni advertencias específicas para el dispositivo siempre que se utilice de la manera prevista.

2.8 En caso de accidente

Si se produce un accidente, el dispositivo no debe usarse hasta que lo haya reparado por completo un técnico cualificado, autorizado y capacitado en un centro de reparación.

En el caso de que se produzca un incidente grave relacionado con el dispositivo, debe informar a la autoridad competente de su país, así como al fabricante, a través del distribuidor regional. Consulte las normativas nacionales para conocer los procedimientos detallados.



ADVERTENCIA

Se prohíbe la utilización de este dispositivo para fines distintos al previsto, ya que podría resultar peligroso.

3 Seguridad del usuario y del paciente: Advertencias y precauciones de uso

ADVERTENCIA

El dispositivo debe ser utilizado por profesionales de odontología cualificados y de acuerdo siempre con las disposiciones legales vigentes relativas a la seguridad, a la salud y a las medidas de prevención de accidentes, además de estas instrucciones de uso. De acuerdo con tales requisitos, los operadores:

- deben utilizar únicamente dispositivos en perfecto estado de funcionamiento; en caso de que se produzca un funcionamiento intermitente, error de refrigeración, exceso de vibración, calentamiento anómalo, ruido extraño o cualquier otro indicio que indique que el dispositivo no funciona correctamente, debe detenerse la operación de inmediato; si se da esta situación, póngase en contacto con un centro de reparaciones homologado por Bien-Air Dental SA para que el personal de mantenimiento repare el aparato.
- deben asegurarse de que el dispositivo se utilice únicamente para el fin para el que está previsto y deben protegerse a sí mismos, a los pacientes y a terceros de cualquier peligro.
- Está estrictamente prohibido llevar a cabo cualquier modificación del dispositivo sanitario.

Seguridad eléctrica:

ADVERTENCIA

La seguridad eléctrica solo se puede reclamar cuando el dispositivo se utiliza con motores de accionamiento y tubos flexibles compatibles con Bien-Air Dental.

- Consulte siempre las instrucciones de uso de la unidad dental o de la consola para confirmar la compatibilidad con el dispositivo y el cumplimiento con la normativa de seguridad eléctrica.
- Cuando se utiliza con productos sanitarios

dentales de Bien-Air, el dispositivo cumple con la norma CEI 606011 para la que se aplican los siguientes requisitos:

- Protección contra descargas eléctricas
- Protección contra la entrada de líquidos
- Protección contra temperaturas extremas y otros riesgos para la seguridad

Compatibilidad electromagnética:

ADVERTENCIA

- La compatibilidad electromagnética solo se puede reclamar cuando el dispositivo se utiliza con motores de accionamiento y tubos flexibles compatibles con Bien-Air Dental.
- Consulte siempre las instrucciones de uso de la unidad dental o de la consola para confirmar la compatibilidad con el dispositivo y el cumplimiento con la normativa de electromagnética.
- Dado que el cumplimiento con la normativa internacional CEI 60601-1-2 no garantiza la inmunidad frente al 5G a nivel mundial (debido a las distintas bandas de frecuencia que se usan localmente), evite la presencia de dispositivos equipados con redes móviles de banda ancha de 5G en el entorno clínico o garantice que la funcionalidad de la red de estos dispositivos se desactive durante el procedimiento clínico.
- Se pueden producir perturbaciones magnéticas de otros dispositivos electromédicos; consulte las instrucciones de uso de la unidad dental o de la consola para conocer las especificaciones de CEM.

Para evitar cualquier riesgo de explosión, se debe respetar la siguiente advertencia:

ADVERTENCIA

Conforme a la norma CEI 60601-1:2005 + A1 2012/AnnexG, los dispositivos electrificados (motores, unidades de control, acopladores y accesorios), se pueden usar de manera segura en un entorno médico en el que se suministren al paciente mezclas potencialmente explosivas o inflamables de sustancias anestésicas solo si:

- La distancia entre el motor y el circuito de respiración de la anestesia supera los 25 cm.
- El motor no se utiliza de forma simultánea a la administración de las sustancias anestésicas al paciente.

Para evitar cualquier riesgo de infección, se deben respetar las siguientes advertencias:

ADVERTENCIA

- El dispositivo se entrega sin esterilizar. Para evitar cualquier infección, respete el procedimiento de limpieza, esterilización y mantenimiento detallado en el apartado 5.
- El personal sanitario que utiliza o realiza el mantenimiento de los productos sanitarios contaminados o potencialmente contaminados debe adoptar las precauciones universales, en particular la utilización del equipo de protección individual (guantes, gafas, etc.). Los aparatos punzantes o cortantes deben manipularse con extrema prudencia.
- Deposite el dispositivo en un soporte que se pueda limpiar.

Para evitar cualquier riesgo de sobrecalentamiento del motor, se deben respetar las siguientes precauciones:

ATENCIÓN

- El motor se debe conectar al sistema de refrigeración de aire de la unidad dental para evitar el sobrecalentamiento y/o la autolimitación de la velocidad a través del control de seguridad de la placa electrónica.
- Asegúrese siempre de que el tubo flexible del micromotor no esté doblado y de que tanto el tubo flexible como el motor estén en buenas condiciones.

Para evitar cualquier riesgo de lesión y/o daño material, se deben respetar las siguientes precauciones:

ATENCIÓN

- En caso de vibraciones excesivas, recalentamiento o ruido anormal u otros signos que indiquen algún fallo de funcionamiento del dispositivo, se debe interrumpir inmediatamente el trabajo. En este caso, acuda

a un centro de reparación autorizado por Bien-Air Dental SA.

- No conecte un instrumento a un micromotor en marcha.
- No pulverice ningún lubricante o limpiador dentro del motor.
- Nunca enjuague el dispositivo para enfriarlo.
- Es fundamental usar aire comprimido seco y purificado en la unidad dental con el fin de garantizar una larga vida útil del dispositivo. Mantenga la calidad del aire y el agua por medio del mantenimiento habitual del compresor y los sistemas de filtrado. El uso de aguas calcáreas sin filtrar provocará el bloqueo prematuro de los tubos y los conectores.

3.1 Instalación

ADVERTENCIA

Este micromotor solo se puede utilizar con Bien-Air Dental o sistemas electrónicos compatibles. Para cumplir con el requisito de seguridad de la norma CEI 60601-1, solo se deben usar fuentes de alimentación de productos sanitarios con dos MOPP.



FIG. 1

4 Descripción

4.1 Vista general

FIG. 1

- (1) Enganche del motor
- (2) Cuerpo del motor
- (3) Conexión del tubo flexible/motor

Nota : Las especificaciones técnicas, las ilustraciones y las dimensiones incluidas en las presentes instrucciones se facilitan únicamente a título indicativo. Estas no podrán dar lugar a ningún tipo de reclamación.

El idioma original de estas instrucciones de uso es inglés.

Si desea obtener información adicional, póngase en contacto con Bien-Air Dental SA en la dirección que figura en la contraportada.




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5

4.2 Montaje y preparación

1. Compruebe que la parte trasera del motor y el conector del tubo flexible estén limpios y secos.
2. Conecte el motor al tubo flexible patentado (con conector tipo MCX) como se muestra en FIG. 2.
3. Gírelo hasta encontrar la posición exacta y empujelo hacia el motor.
4. Sujetando el motor, atornille por completo el casquillo del tubo flexible a la conexión trasera del motor FIG. 3.
5. Coloque el caudalímetro en el accesorio de enganche y después active el aire de refrigeración y mida el flujo de aire. El valor se mide en el centro de la bola del caudalímetro según la norma JIS B7551. FIG. 5.
6. Si el flujo de aire de refrigeración no está en el rango de 10 litros estándar/min (+/-10 %), ajuste la presión de aire para cumplir con este requisito.

Cambiar los sellos manualmente (sin necesidad de herramientas) FIG. 4

- No lubrique la junta tórica.
- Utilice solo juntas tóricas patentadas.
- Compruebe que las juntas tóricas no estén rotas ni dañadas después de montarlas.

4.3 Características técnicas

Características técnicas	
Caudal de aire recomendado (medido en el enganche del motor)	10 NU/min (+/-10 %)
Intervalo de presión atmosférica	2,5 -5 bar
Acoplamiento	Enganche según la norma ISO 3964*
Tiempo de funcionamiento	No hay limitaciones para el usuario. El tiempo de funcionamiento se ha impuesto electrónicamente por las placas de control de Bien-Air, como función del par aplicado.
Gama de velocidades de rotación	100 — 40000 rpm
Sentido de giro	Hacia la derecha y hacia la izquierda.
Intensidad luminosa	LED, variable de 20 a 24 klux**

*Compatible con piezas de mano con dimensiones «cortas», «medias» y «largas».

**Medido en combinación con REF1601138-001 CA 1:5L NOVA MS

4.4 Clasificación

Clase IIa conforme al Reglamento médico europeo (UE) 2017/745.

Dispositivo de clase II tipo B conforme a la norma CEI 60601-1.

4.5 Prestaciones

Prestaciones	
Ajustar la velocidad y el par según lo preestablecido	Control electrónico
Precisión del valor de la velocidad	+/- 5%

4.6 Condiciones de funcionamiento




Condiciones de funcionamiento	
	Intervalo de temperatura: +10 °C — +35 °C (+50 °F — +95 °F)
	Intervalo de humedad relativa: 30 %-80 %
	Intervalo de presión atmosférica: 700 hPa-1060 hPa



FIG. 6

5 Mantenimiento y revisión

5.1 Mantenimiento - Información general

Limpie y esterilice el dispositivo antes del primer uso.

En un plazo máximo de 30 minutos tras cada tratamiento, limpie el motor. Al llevar a cabo este procedimiento, se eliminan los residuos de sangre o de saliva.

ADVERTENCIA

Respete las disposiciones, normas y directrices nacionales en lo que respecta a las recomendaciones de limpieza y esterilización.

ATENCIÓN

No pulverice ningún lubricante o limpiador dentro del motor. [FIG. 6](#).

5.1.1 Productos de mantenimiento adecuados

Utilice únicamente los productos de mantenimiento y las piezas de Bien-Air Dental SA originales o aquellos recomendados por Bien-Air Dental SA. El uso de otros productos o piezas puede provocar fallos de funcionamiento o la anulación de la garantía.

- Spraynet®
- Se recomienda utilizar un detergente o detergente desinfectante (pH 8-11) para limpiar y desinfectar los instrumentos odontológicos o quirúrgicos. También se pueden utilizar productos desinfectantes compuestos por cloruro de didicildimetilamonio, carbonato de amonio cuaternario o un producto enzimático neutro (Por ejemplo, neodisher® MediClean).




FIG. 7

5.2 Limpieza

⚠ ATENCIÓN

- No lo sumerja en líquido fisiológico (NaCl) ni utilice solución salina para mantener hidratado el dispositivo hasta que se pueda limpiar.
- No lo sumerja en un baño de limpieza.
- No debe usarse en una máquina de limpieza-desinfección ni en un limpiador ultrasónico.
- No pulverice ningún limpiador dentro del motor.
- Asegúrese siempre de que los contactos del motor se mantienen limpios.

Debe limpiarse la superficie exterior del motor para eliminar impurezas como se describe en la **FIG. 7**:

- Sostenga el motor por la nariz bajo agua corriente a 15 °C-38 °C (59 °F-100 °F), siempre que el agua del suministro tenga un pH comprendido entre 6.5 y 8.5 y un contenido de cloruro inferior a 100 mg/l. Si el agua del grifo no cumple con estas indicaciones, utilice agua desmineralizada (desionizada).
- Con ayuda de un cepillo de cerdas suaves, limpie la superficie exterior del motor con los productos de limpieza recomendados.
- Evite que entre agua en la parte interna del motor, ya sea por la nariz o por el conector de tubo flexible.
- Seque la superficie exterior del motor con un paño que no deje pelusas humedecido con Spraynet®.

5.3 Desinfección

Frote con cuidado la superficie exterior del motor, durante un minuto aproximadamente, con un cepillo de cerdas suaves impregnado en solución detergente o desinfectante **FIG. 7**.

El motor debe enjuagarse como se indica a continuación **FIG. 6**

- Sostenga el motor por la pieza de enganche bajo agua corriente a 15-38 °C (59-100 °F), como se indica en la siguiente imagen, siempre que el agua del suministro tenga un pH comprendido entre 6,5 y 8,5 y un contenido de cloruro inferior a 100 mg/l. Si el agua del grifo no cumple con estas indicaciones, utilice agua desmineralizada (desionizada).
- Evite que entre agua en la parte interna del motor, ya sea por el enganche o por el conector de tubo

flexible.

- Seque el motor con un apósito no tejido.

5.4 Esterilización

ATENCIÓN

- La calidad de la esterilización depende en gran medida de la limpieza del dispositivo. Solo se pueden esterilizar dispositivos perfectamente limpios.
- Para mejorar la efectividad de la esterilización, compruebe que el motor está completamente seco.
- Esterilice únicamente según el proceso que se indica a continuación.
- Use únicamente ciclos de eliminación dinámica del aire: ciclo de prevacío o de pulso de presión de lavado con vapor (SFPP, por sus siglas en inglés).
- Si las disposiciones nacionales requieren la esterilización, utilice únicamente esterilizadores dinámicos: no utilice un sistema de esterilización por vapor con un sistema de desplazamiento por gravedad. Como ocurre con otros instrumentos, tras cada ciclo de esterilización, incluido el secado, retire el dispositivo para evitar una exposición excesiva al calor, que podría provocar su corrosión.

5.4.1 Procedimiento

1. Embale el dispositivo en un embalaje validado para la esterilización mediante vapor de agua.
2. Lleve a cabo una esterilización por vapor, siguiendo un ciclo dinámico de eliminación del aire, (ANSI/AAMI ST79, sección 2.19), es decir, eliminación del aire por evacuación forzada, (ISO 17665-1, ISO/TS 17665-2) a 135 °C (275 °F) durante 3 minutos o a 132 °C (269,6 °F) durante 4 minutos. En las jurisdicciones donde sea obligatoria la esterilización de priones, esterilice a 135 °C (275 °F) durante 18 minutos.

El instrumento soporta más de 1000 esterilizaciones.

Los parámetros recomendados para la esterilización son los siguientes:

- La temperatura máxima en la cámara de autoclave no supera los 137 °C (278,6 °F), es decir, la temperatura nominal del autoclave está configurada en 134 °C (273,2 °F), 135 °C (275 °F) o 135,5 °C (275 °F), teniendo en cuenta la imprecisión de la medición de temperatura del esterilizador.
- La duración máxima del intervalo a máxima temperatura, 137 °C (278,6 °F), cumple con los requisitos nacionales para la esterilización por calor húmedo y no supera los 30 minutos.
- La presión absoluta de la cámara del esterilizador está comprendida dentro del intervalo de 0,07 y 3,17 bar (de 1 a 46 psia).
- La tasa de cambio de temperatura no supera los 15 °C/min (59 °F/min) al aumentar la temperatura, ni los -35 °C/min (-31 °F/min) al descenderla.
- La tasa de cambio de presión no sobrepasa los 0,45 bar/min (6,6 psia/min) al aumentar la presión, ni los -1,7 bar/min (-25 psia/min) al descender.
- No se agregan reactivos físicos ni químicos al vapor de agua.





5.5 Lubricación



No pulverice ningún lubricante o limpiador dentro del motor **FIG. 8**.

5.6 Embalaje y almacenamiento

Condiciones de almacenamiento

	Intervalo de temperatura:	0 °C — +40 °C (+32 °F — +104 °F)
	Intervalo de humedad relativa:	10 %-80 %
	Intervalo de presión atmosférica:	650-1060 hPa
	Mantener alejado de la lluvia	

El dispositivo se tiene que almacenar dentro de la bolsa de esterilización en un entorno seco y sin polvo. La temperatura no podrá superar los 55 °C (131 °F). Si el dispositivo no se va a utilizar durante siete días o más tras su esterilización, extráigalo de la bolsa de esterilización y guárdelo en el embalaje original. Si el dispositivo no se almacena en una bolsa de esterilización o si la bolsa ya no es estéril, limpie, seque y esterilice el dispositivo antes de usarlo.

ATENCIÓN

Si el producto sanitario se ha almacenado refrigerado, deje que se atempere antes de utilizarlo.

ATENCIÓN

Respete la fecha de caducidad de la bolsa de esterilización, que depende de las condiciones de almacenamiento y del tipo de embalaje.

5.7 Servicio

Bien-Air Dental SA recomienda que el usuario realice una revisión de sus dispositivos dinámicos cada 5000 ciclos de procesamiento o cada 5 años.

ATENCIÓN

No desmonte nunca el dispositivo. Para realizar cualquier modificación o reparación, póngase en contacto con su proveedor habitual o con el centro de servicio de Bien-Air Dental.

6 Transporte y eliminación

6.1 Transporte

Condiciones de transporte



Intervalo de temperatura:

-20 °C — +50 °C (-4 °F — +122 °F)



Intervalo de humedad relativa:

5 %-80 %



Intervalo de presión atmosférica:

650 hPa-1060 hPa



Mantener alejado de la lluvia

6.2 Eliminación



La eliminación o el reciclaje de los materiales debe realizarse según la legislación en vigor.



Este dispositivo se debe reciclar. Los dispositivos eléctricos o electrónicos pueden contener sustancias nocivas para la salud, así como para el medio ambiente. El usuario puede devolver el dispositivo al vendedor o dirigirse directamente a un establecimiento autorizado para el tratamiento y la valorización de este tipo de equipos (Directiva europea 2012/19/UE).

7 Información general

7.1 Condiciones de garantía

Bien-Air Dental SA concede al operador una garantía que cubre todos los defectos de funcionamiento, de material o de fabricación.

La duración de la garantía es de:

- 36 meses a partir de la fecha de facturación.

En caso de reclamación fundada, Bien-Air Dental, o su representante autorizado, efectuará la reparación o la sustitución gratuita del producto.

Cualquier otra reclamación de cualquier tipo, en concreto las reclamaciones por daños y perjuicios y sus consecuencias derivadas de:

- desgaste excesivo;
- uso infrecuente o inadecuado;
- el incumplimiento de las instrucciones de revisión, montaje y mantenimiento;
- influencias químicas, eléctricas o electrolíticas no habituales;
- conexiones incorrectas, ya sean de aire, agua o electricidad.

ATENCIÓN

La garantía quedará sin efecto cuando los daños y las consecuencias de los mismos sean el resultado de intervenciones inadecuadas o de modificaciones del producto realizadas por terceros no autorizados por Bien-Air Dental. No se considerarán las solicitudes de garantía si no se presenta, junto con el producto, una copia de la factura o del albarán de entrega. La información siguiente debe estar claramente indicada: fecha de compra, referencia del producto y número de serie.

7.2 Referencias

REF.	Leyenda
1600680-001	MC3 LED micromotor with internal spray and light with LED
1600077-001	MC3 LK micromotor with internal spray and light with bulb
1600071-001	MC3 IR micromotor with internal spray, without light
1600097-001	HOSE 4VLM11 GREY
1600102-001	HOSE 4VLM GREY
1600397-001	HOSE 4VR400 GREY
1300967-010	O-ring 8.1x0.73
1300148-001	SLEEVE Compatible with MOT MC3 LK & MOT MC3 IR COVER MC3 LK LED
1304416-001	SLEEVE Compatible with MOT MC3 (LED)
1500007-005	Pack of 5 bulbs, for micromotors
1600307-001	Flowmeter, for micromotors
1600036-006	Spraynet®, cleaning spray 500 ml, box of 6 cans



Bien-Air Dental SA

Länggasse 60 Case postale 2500 Bienne 6 Switzerland

Tel. +41 (0)32 344 64 64 Fax +41 (0)32 344 64 91

dental@bienair.com

Other addresses available at

www.bienair.com

EC REP Bien-Air Europe Sàrl

19-21 rue du 8 mai 1945

94110 Arcueil

France